



ELŐTERJESZTÉS

**ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

2019. ÁPRILIS 25-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE

SORSZÁM:

MELLÉKLETEK: -

TÁRGY: „ORVOSI ESZKÖZ” CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA TÁMOGATÁSI
KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTŐ: Rescsánszki Bertalanné polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Slezsák Ágnes
Pályázati referens

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

- ☑ Humánpolitikai Bizottság
- ☑ Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:

Igazgatási és Szociális Osztály: Ambrusics Tibor
2019. április 24. aljegyző

Pénzügyi Osztály: Pachmanné Tóth Anita
2019. április 24. osztályvezető

EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETEKSEL: -

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA:

Dr. Vártás József jegyző 2019. április 24.

Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Rescsánszki Bertalanné polgármester

Edelény, 2019. április 24.



Rescsánszki Bertalanné
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm. határozat „orvosi rendelő, orvosi eszközök” alprogramja alapján az ország teljes területén működő 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települések önkormányzatai számára a tulajdonukban lévő, állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges **orvosi eszközök beszerzésének támogatására.**

A felhívás célja

A támogatás célja a települések számára az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzésének elősegítése. A fejlesztés eredményeként mérséklődnek az egészségügyi alapellátás területi egyenlőtlenségei.

Pályázók köre

Helyi önkormányzat (GFO 321) esetén: azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

A projekt keretében támogatható tevékenységek

A háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi, illetve a védőnői feladatellátáshoz, továbbá kizárólag belgyógyászati, kardiológiai, pszichiátriai, rehabilitációs és tüdőgyógyászati tevékenység végzéséhez szükséges **eszközök, bútorok beszerzése** Kizárólag állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez **szükséges orvosi eszközök beszerzése** támogatható.

A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege:

önállóan benyújtott pályázat esetén: **3 millió Ft**

Támogatás formája, mértéke és finanszírozás módja

A Magyar Falu Program (a továbbiakban: MFP) keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A támogatási kérelem benyújtására **2019. április 26. és 2019. május 27.** között van lehetőség.

Tervezett projekt bemutatása

1. Eszközbeszerzés

Jelen pályázati felhívás lehetőséget teremt a községben található orvosi rendelő működéséhez szükséges orvosi eszközállomány frissítésére. A rendelőben hiányos és nem megfelelő bútorzat található, valamint a rendelések elvégzéséhez szükséges számítástechnikai és orvosi eszközök sem állnak rendelkezésre. A megvalósítani tervezett pályázat elsődleges célja ezen hiányosságok pótlása, a hatékonyabb és gördülékenyebb rendelési folyamatok kialakítása. A beszerezni kívánt eszközök listája az 1. számú mellékletben található.

A projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek becsült költsége maximum **bruttó 3 000 000 Ft** a felhívásban meghatározottak figyelembe vétele mellett, amely finanszírozásához önrész nem szükséges.

Kérem a Képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására:

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: „Orvosi eszköz” című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Orvosi eszköz” című pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) támogatási kérelmet nyújt be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi eszköz” című pályázati felhívásra (a kiírás kódszáma: MFP-AEE/2019.).
2. Képviselő-testület az igényelt támogatás összegét maximum bruttó 3.000.000 Ft összegben állapítja meg.
3. Képviselő-testület a pályázat megvalósításához saját forrást nem biztosít.
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem előkészítésére és benyújtására, támogatott kérelem esetén a pályázat teljes körű megvalósítására.
5. Képviselő-testület a pályázat elkészítésével a Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft-t bízta meg. A pályázat elkészítésének 100.000 Ft +ÁFA díját a 2019. évi költségvetés tartalék terhére biztosítja.

Határidő: pályázat benyújtási határideje

Felelős: polgármester

Értesül: osztályok

E d e l é n y, 2019. április 25.



Rescsánszki Bertalan
Rescsánszki Bertalané
polgármester

Melléklet az előterjesztéshez

Sorszám	Eszköz megnevezése	Tétel műszaki adatai	Darabszám
1.	Asztali számítógép	Op rendszer: Free DOS Processzor adatok: gyártó: AMD típus: A8 model: A8-9600 Magok száma: 4 Szálak száma:4 Architektúra: Bristol Ridge Alap frekvencia: 3.1 GHz Turbo Boost frekvencia: 3.4 GHz Cache: 2 MB Integrált grafikus adatok: AMD Alaplap adatok: Gyártó:ASUS foglat: AM4 Chipset: AMD A320 Alaplapi csatlakozók: 1 x PCI Express 16x Hálózat:10/100/1000	1
2.	Billentyűzet	Típus: Szabvány Billentyűzet: USB Technológia: vezetékes	1
3.	Egér	Típus: Szabvány Egér felület: USB Technológia: optikai Fehér: szín	1
4.	Multifunkciós nyomtató Samsung SL-M2070F	Bemeneti papírkapacitás: 300 lapok Kimeneti papírkapacitás: 150 Zajszint: 54 dB Interfész: USB 2.0 Nyomtatási nyelv: HP PCL5e Monokróm nyomtatási sebesség: 30 ppm Nyomtatási felbontás (DPI): 600 x 600 Kellékanyagtípusa: Tonerkazetta Nyomtatási technológia: Lézer Nyomtatási mód : Monokróm Csatlakoztathatóság: USB Elülső/ hátsó nyomtatás (Duplex): Manuális	1
5.	Defibrillátor, Primedic HeartSave AED	3 nyelven (magyarul is) Compact Flash memóriakártya Hang felvételekkel, mely később számítógépen visszakövethető Működési mód: Automata Hullám: bifázisos áram Elem / akkumulátor típusa: LiMnO2, 15 V, 2.8 Ah, 6 éves élettartam Defibrillátor - EKG elvezetés Páciens ellenállás: 20-200 Ohm Szívritmus: 30-300 / perc VF / VT követés / felismerés: igen	1

6.	Cms 600g Ekg készülék	EKG görbe a kijelzőn: 12 Defibrillátor védelem: igen Automata /manuális mód: van , igen	1
7.	Irattartó szekrény	-	1
8.	Íróasztal nővér	Egyik oldalon négy fiókkal Festett fém lábbal. Zárható..	1
9.	ÍRÓASZTAL ORVOSI	Egyik oldalon szekrény, másik oldalon négy fiók. Festett fém lábbal. Zárható.	1
10.	Műszerszekrény, fém, 2-2 ajtós	Felül üveg, alul fém ajtók Gumiágyba rögzített üvegbetétes felső és lemezből készült alsó ajtajai biztonsági zárral vannak ellátva Felülete elektrosztatikus porszórással festett, polcai felül üvegből, alul lemezből készülnek	1
11.	Szék orvosi forgószék	Magas háttámlás, fehér műbőr. Görgős, gázrugós.	2
12.	Szekrény fém műszer 1 ajtós sterilanyag tárolására	Acéllemezből készült szekrénytest, hegesztett zártidom lábakon Felülete elektrosztatikus porszórással festett, polcai felül üvegből, alul lemezből készülnek Gumiágyba rögzített üvegbetétes felső és lemezből készült alsó ajtajai biztonsági zárral vannak ellátva Alapszíne fehér, igény szerint más színekben is rendelhető, 3 oldalán üveges	1
13.	Szekrény fém műszer 1-1 ajtós	Acéllemezből készült szekrénytest, hegesztett zártidom lábakon Felülete elektrosztatikus porszórással festett, polcai felül üvegből, alul lemezből készülnek Gumiágyba rögzített üvegbetétes felső és lemezből készült alsó ajtajai biztonsági zárral vannak ellátva Alapszíne fehér, igény szerint más színekben is rendelhető 3 oldalán üveges	1
14.	Vizsgáló ágy	Vizsgálóágy: fekvőrésze szivaccsal ellátott, műbőrrel kárpitozott faforgácslap Fejrésze több fokozatban, fogazott támasz segítségével állítható. Mérete: 190x60x75 cm Opció: lepedőtartó állvány.	1
15.	Vizsgáló szék	Zártszelvény vázszerkezet, elektrosztatikus porszórással festve, ülő és háttámla műbőrrel kárpitozott. A székek egymásba rakhatók, megkönnyítve a tárolást, szállítást. Alapszíne fehér váz és műbőr. Méretek: Szélesség: 440 mm. Mélység: 560 mm. Magasság: 880 mm.	2
16.	Műtőzsámoly kétlépcsős	Kivitel: kétlépcsős Szín: fehér	1
17.	Szék	Támlás szék, krómozott vázzal, karfa nélküli. Méretek:	4

		ülőszélesség: 46 cm mélység: 44 cm ülő magasság: 41 cm Támla magassága: 39 cm	
18.	Várótermi pad	Anyaga: fém, szinterezett cső és oválcső 3 személyes mérete: 48 cm x 40 cm x 85 cm (Ma x Mé x háttámla Ma)	1
19.	Fogas, álló	Magasság: 176 cm Teljes szélesség: 55 cm Vállfás használatra	2
20.	Baba- és gyermekmérleg	Digitális bébi és secsemőmérleg, Méréshatár: 20 kg, Funkciók: TARA, HOLD, BMIF, SWITCH OFF	1
21.	Pólyázóasztal	Pelenkázó szekrény fiókokkal, ABS él-zárással ellátott bútorlapból, lábakkal	1
22.	Fali fogas	Méret: 65 x 38 cm (Ma x Szé), Súly: 11 kg, Anyag: nyírfa	1
23.	Vizsgálólámpa halogén mobil	Halogén izzó, Fényerőszabályozóval, Fényerősség: 12000-20000 Lux, Színhőmérséklete: 3000-4000 K	1
24.	Műszerasztal	Terhelhetőség: 20 kg/polc, 50x60 kerekes	1
25.	Hulladékgyűjtő	Méret: 14 l, rozsdamentes	1
26.	Anatómiai csipesz	Méret: 14 cm	1
27.	Fonendoszkóp	-	1
28.	Horgas csipesz	Méret: 14 cm	1
29.	desmares kanál	-	1
30.	Kötszerolló	Anyaga: acél Méret: 18 cm	1
31.	Lázmérő Exatherm	higanymentes	1
32.	Olló, varratszedő	Méret: 130 mm	1
33.	Sebészeti olló	egyenes T/H 14 cm	1
34.	Sebészeti olló	hajlított H/H 16 cm	1
35.	Személy mérleg	Analóg, nagy pontosságú személymérleg Stabil, csúszásmentes felületű, nagy, könnyen leolvasható skálával Osztás: 100 gr Mérőképesség: 150 kg	1
36.	Pupillalámpa Cliplight Kawe	Nincs nyomógombja, hanem az oldalán lévő csíptető megnyomására világít Tápellátás: 2 db AAA elem (tartozék)	1
37.	Reflexkalapács Buck	A termék csak ezüst színben van készleten!0	1
38.	Vércukormérő	Kis méretű vércukormérő készülék Mérés 0,6-33,3 mmol/l között Pontos, gyors eredmény 10 mp-en belül Szükséges vérmennyiség: 2 µl	2
39.	Vérnyomásmérő Riester Precisa	Kiváló minőségű, német gyártmányú vérnyomásmérő Stabil fémházban	1
40.	Mandzsetta	gyermek 1 csöves	1
41.	Mandzsetta	újszülött 1 csöves	1
42.	Mandzsetta	csecsemő /1 csöves	1

43.	Mandzsetta	extra /1 csöves	1
44.	Vesetál műanyag	26 cm	4
45.	Conicotómiás szett nagy QUICK TRACH 30-04-004-1	A felnőttek számára 4 mmes , a gyermekeknek 2 mmes, csecsemők részére pedig 1.5 mmes belső átmérővel készült kanül	1
46.	doppler	4, 5 és 8 MHz-es érzékelők csatlakoztathatók beépített akkumulátor	1
47.	Irrigátor készlet (beöntő készlet)	Műanyag (nem összecukható) kanna, gumicső, 2 féle végdarab	1
48.	Lélegeztető ballon szilikon	Autoklávban sterilizálható. A ballon nyomásszabályozó szeleppel van ellátva. Könnyen szétszedhető, tisztítható. csecsemő	1
49.	Lélegeztető ballon szilikon	Autoklávban sterilizálható. A ballon nyomásszabályozó szeleppel van ellátva. Könnyen szétszedhető, tisztítható. felnőtt	1
50.	Lélegeztető ballon szilikon	Autoklávban sterilizálható. A ballon nyomásszabályozó szeleppel van ellátva. Könnyen szétszedhető, tisztítható. gyerek	1
51.	Lélegeztető maszk szilikon	Autoklávban sterilizálható. csecsemő 1	1
52.	Lélegeztető maszk szilikon	Autoklávban sterilizálható. felnőtt 4	1
53.	Lélegeztető maszk szilikon	Autoklávban sterilizálható. gyerek 2	1
54.	otoscop	Xenon Halogen technológiáva 3X-os nagyítás Robusztus, ütészálló műanyag és krómozott nyél Tartozék: 5-5 db egyszerhasználatos, 2,5 ill. 4 mm átmérőjű fültölcsér	1
55.	Taposó szívó készülék	Autoklávhozható, túlfolyás elleni szeleppel ellátott 400 ml polikarbonát palackkal Maximális vákuum: 0,40 Bar Szívásteljesítmény: 22l/perc Mérete: 22X16X9 cm Súly: 1,15 kg Tartozékok: leszívócső, katéter csatlakozó, antibakteriális szűrő, tartály	1
56.	Váladékszívó F18 F-18.00	ütészálló ház tartály 1 literes A szíváserősség fokozatmentesen szabályozható	1
57.	Körzeti ápolótáska	felszerelt	1
58.	Mérőszalag	20 m	1
59.	Takaró izolációs	Mérete: 140 X 220 cm	1
60.	Testmagasságmérő	Roll-up mérőszalag, fali tartóval Mérési tartomány: 0 - 220cm	1

		Beosztás: 1mm	
61.	Ágytál	műanyag, fedővel	1
62.	Vizeletpohár	-	2
63.	Látásvizsgáló plexilap	dupla /3 m Szám - Betű	1
64.	Látásvizsgáló tábla Kettesy	2 oszlopos	1
65.	HŰTŐSZEKRENY FAGYASZTÓS	8 L	1
66.	HŐMÉRŐ - MIN-MAX.	Mérési tartomány: -20°C...+50°C Méretek: 150 x 80 mm, 100 gr.	1
67.	Látásvizsgáló könyv (szín)	-	1
68.	DocUreader vizeletanalizátor	Típus: reflexiós fotométer Teljesítmény: 40-90 csík/óra Kijelző: érintőképernyő Memória: 1000 mérés tárolása Nyomtató: beépített hőnyomtató Tápellátás: külső hálózati adapter	1
69.	Pulsoxymeter	hordozható, adattárolási funkció, SpO2 és pulzusráta érték grafikonos és hullámforma kijelzés	1
70.	Tip-Therm	-	1
71.	Csúcsáramlás mérő	USB kábelen keresztül számítógéphez csatlakoztatható. Mért adatok: FEV1, PEF Térfogat: 0.01L~9.99L Áramlás: 50 L/perc ~900L/perc Térfogat pontossága: ±3% vagy ±0.05L Áramlás pontossága: ±10% vagy ±0,2L/min Kijelző: 1.8"- os LCD kijelző Memória: 300 mérési eredmény tárolható Súly: 120 g (csutorával és elemmel együtt) Méret: 126 x 54 x 28 mm Alaptartozékok: turbina, szájesutóra, felhasználói kézikönyv, USB kábel	1